

III. Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

3479

ORDEN de 15 de diciembre de 1978 por la que se dispone la aprobación de dos prototipos de medidores de gran caudal para carburantes líquidos marca «Satam», tipos «ZC 17-20/20» y «ZC 17-20/40», para caudales entre 33 y 66 hasta 400 y 700 l/min., respectivamente.

Ilmos. Sres.: Vista la petición interesada por la Entidad «Cetil, S. A.», con domicilio en Madrid, avenida de Burgos, kilómetro 5,300, zona industrial de Manoteras, calle Norte, número 1, en solicitud de aprobación de dos prototipos de medidores de gran caudal para carburantes líquidos marca «Satam», uno, tipo «ZC 17-20/20», para caudales entre 33 y 400 l/min., y el otro, tipo «ZC 17-20/40», para caudales entre 66 y 700 l/min., para líquidos con una viscosidad cinemática comprendida entre 2×10^{-6} m²/seg. y 7×10^{-6} m²/seg. (2 y 7 centiestokes, respectivamente), ambos para una presión máxima de trabajo de 8 bar, equipados con impresor de recibos y fabricados en Francia.

Esta Presidencia del Gobierno, de acuerdo con las normas previstas en el Reglamento para la ejecución de la Ley de Pesas y Medidas, aprobado por Decreto de 1 de febrero de 1952 («Boletín Oficial del Estado» del día 13); Decreto 955/1974, de 28 de marzo, por el que someten a plazo las autorizaciones de los modelos-tipo de aparatos de pesar y medir, y con el informe emitido por la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia, ha resuelto:

Primero.—Autorizar, por un plazo de validez, que caducará el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho (31-12-1988), en favor de la Entidad «Cetil, S. A.», los dos prototipos de medidores de gran caudal para carburantes líquidos marca «Satam», uno, modelo «ZC 17-20/20», para caudales entre 33 y 400 l/min., y el otro, tipo «ZC 17-20/40», para caudales entre 66 y 700 l/min., para líquidos con una viscosidad cinemática comprendida entre 2×10^{-6} m²/seg. y 7×10^{-6} m²/seg. (2 y 7 centiestokes, respectivamente), ambos para una presión máxima de trabajo de 8 bar, equipados con un impresor de recibos, y cuyos precios máximos de venta serán de ciento cuarenta y tres mil cuatrocientas siete pesetas y ciento setenta mil pesetas (143.407 y 170.000), respectivamente.

Segundo.—La aprobación temporal de los prototipos anteriores queda supeditada al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones de carácter general aprobadas por Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de julio de 1956 («Boletín Oficial del Estado» del día 6 de agosto).

Tercero.—Próximo a transcurrir el plazo de validez temporal que se otorga, la Entidad interesada, si lo desea, solicitará de la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia prórroga de la autorización de circulación de los medidores, la cual será propuesta a la superioridad, de acuerdo con los datos, estudios y experiencias llevadas a cabo por la propia Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia, la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología o de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía.

Cuarto.—Los medidores de gran caudal correspondientes a los prototipos a que se refiere esta disposición llevarán inscritos en el cuadrante del dispositivo indicador, o sobre una placa debidamente precintada, las indicaciones siguientes:

- Marca y modelo de los aparatos.
- Nombre y dirección del distribuidor en exclusiva en España.
- Número de orden de fabricación de los medidores, que coincidirá con el que figura en la placa de fábrica, así como el año de fabricación.
- Los caudales máximo y mínimo en la forma: «Caudal máximo 400 l/min.» y «Caudal máximo 700 l/min.», respectivamente, y «Caudal mínimo 33 l/min.» y «Caudal mínimo 66 l/min.», respectivamente.
- Presión máxima de trabajo para ambos medidores: «8 bar».
- Volumen cíclico expresado en litros en la forma: «V = 0,4 litros» y «V = 0,8 litros», respectivamente.
- Fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que se publica la aprobación del prototipo en la forma: «BOE».

Sexto.—Obligatoriamente, en el cuadrante de los medidores deberá llevar las indicaciones:

- La unidad en que se expresen los volúmenes servidos para estos medidores: «Litros».
- La entrega mínima que puede ser servida con estos medidores en la forma: «Entrega mínima: 200 litros», para ambos modelos.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 15 de diciembre de 1978.

OTERO NOVAS

Ilmos. Sres. Presidente de la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia y Director general de Promoción Industrial y Tecnología.

3480

ORDEN de 15 de diciembre de 1978 por la que se dispone la aprobación de tres prototipos de básculas automáticas electrónicas marca «Rafels», modelos, una, «BAM-124 E/20», de 19,990 Kg. de alcance y saltos de 10 g.; otra, modelo «BAM-124 E/50», de 50 Kg., saltos de 20 g., y la tercera, modelo «BAM-124 E/100», de 100 Kg. y saltos de 50 gramos.

Ilmos. Sres.: Vista la petición interesada por la Entidad «Básculas Rafels, S. A.», con domicilio en Barcelona, calle de Collblanch, número 102, en solicitud de aprobación de tres prototipos de básculas automáticas electrónicas, fabricadas en sus talleres, marca «Rafels», modelos: una, «BAM-124 E/20», de 19,990 kilogramos de alcance y saltos de 10 gramos; otra, modelo «BAM-124 E/50», de 50 kilogramos y saltos de 20 gramos, y la otra, modelo «BAM-124 E/100», de 100 kilogramos y saltos de 50 gramos; las tres de la clase de precisión media, con células extensométricas y lectura digital, dotadas con dispositivos de tara y llevando cada una dos impresoras alojadas en las columnas.

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la Norma Nacional Metroológica y Técnica de aparatos de pesar de funcionamiento no automático, aprobada por Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de noviembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» del día 16 de enero de 1976); Decreto 955/1974, de 28 de marzo, por el que se someten a plazo de validez temporal los modelos-tipo de aparatos de pesar y medir, y con el informe emitido por la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia, ha resuelto:

Primero.—Autorizar en favor de la Entidad «Básculas Rafels, Sociedad Anónima», por un plazo de validez que caducará el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (31-12-81), los tres modelos de prototipos de básculas automáticas electrónicas marca «Rafels», modelos: una, «BAM-124 E/20», de 19,990 kilogramos y saltos de 10 gramos; otra, modelo «BAM-124 E/50», de 50 kilogramos y saltos de 20 gramos, y otra modelo «BAM-124 E/100», de 100 kilogramos y saltos de 50 gramos, todas de clase de precisión media, con cédula extensométrica y lectura digital, dotadas las tres con dispositivo de tara, y llevando cada una dos impresoras alojadas en la columna y cuyos precios máximos de venta serán de doscientas ochenta y nueve mil quinientas (289.500) pesetas para el modelo de 19,990 kilogramos; trescientas cinco mil (305.000) pesetas para el modelo de 50 kilogramos y trescientas diez mil quinientas (310.500) pesetas para el modelo de 100 kilogramos.

Segundo.—La autorización temporal de los prototipos anteriores queda supeditada al cumplimiento de todas y cada una de las condiciones de carácter general aprobadas por Orden de la Presidencia del Gobierno de 11 de julio de 1956 («Boletín Oficial del Estado» del día 6 de agosto).

Tercero.—Por la circunstancia de que estos prototipos están sujetos a validez temporal y requiere completar su comportamiento técnico a través del tiempo, el fabricante queda obligado a dar cuenta trimestralmente a la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia, de la Presidencia del Gobierno, de los aparatos vendidos, con indicación de nombre y/o razón social de los adquirentes, con el fin de poder seguir este comportamiento técnico de los aparatos durante su utilización, a efectos de ulterior prórroga o extinción de la autorización temporal que se concede.

El fabricante queda obligado a mantener en reserva un mínimo de dos aparatos relativos a los prototipos autorizados temporalmente y a ponerlos a disposición de los adquirentes cuando los que éstos tengan en servicio sean retirados temporalmente para estudio y ensayo de su comportamiento por la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia.

Esta obligación que asume el fabricante se hará constar expresamente en el contrato de venta del aparato, así como el compromiso que contrae el adquirente de permitir las citadas comprobaciones del aparato en servicio a la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia, y a la retirada y sustitución del aparato por el fabricante durante el tiempo de estudio y ensayo.

Cuarto.—Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Industria y Energía darán cuenta a la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia, por conducto reglamentario, de cualquier anomalía observada en la verificación periódica de las básculas existentes en el mercado relativas a los prototipos a que se refiere esta disposición, con independencia de las medidas que deban tomarse de acuerdo con la legislación vigente en esta materia.

Quinto.—Próximo a transcurrir el plazo de validez temporal que se otorga, 31 de diciembre de 1981, el fabricante, si lo desea, solicitará de la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia la prórroga de autorización de circulación, la cual será propuesta a la superioridad de acuerdo con los datos, estudios y experiencias llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia de la Presidencia del Gobierno.

Sexto.—Las básculas correspondientes a los prototipos a que se refiere esta disposición llevarán una placa solidaria, o debidamente precintada, en la que figurarán grabadas las siguientes indicaciones:

- Nombre del fabricante o marca del aparato, con la designación del modelo o tipo del mismo.
- Número de fabricación del aparato, que coincidirá con el grabado en una de sus piezas principales interiores.
- Denominación, en la forma: «Báscula automática».

Alcance máximo de las básculas, en la forma: «Max. 19,990 kg.», «Max. 50 kg.» y «Max. 100 kg.».

Clase de precisión de las básculas, con el símbolo: «Ⓢ».

Escalón que corresponde a las básculas, en la forma: « $d_d = 10$ g.», « $d_d = 20$ g.» y « $d_d = 50$ g.», respectivamente.

Efecto máximo de la tara, en la forma: « $T = 6$ kg.», « $T = 16$ kg.» y « $T = 30$ kg.», respectivamente.

Escalón de tara de las básculas, en la forma: « $d_t = 10$ g.», « $d_t = 20$ g.» y « $d_t = 50$ g.», respectivamente.

Límites de temperatura de trabajo de las básculas, en la forma: « 0° C/ 40° C.».

Tensión eléctrica de trabajo de las básculas, en la forma: «125/220 V.», para los tres modelos.

d) Número de control.

e) Fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que se publica la aprobación de los prototipos, en la forma: «B. O.».

Séptimo.—Tanto el número de fabricación de los aparatos a que alude el apartado b) como el número de control del apartado d), deberán constar expresamente en la relación trimestral que el fabricante se obliga a remitir a la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia, de la Presidencia del Gobierno, de los aparatos vendidos que refiere el artículo tercero de esta disposición.

Octavo.—Precintado: de las tres portezuelas que llevan las máquinas en la parte posterior de la columna irán precintadas en la forma habitual la superior y la inferior. La intermedia, que no va precintada, se utilizará para el cambio de papel de las impresoras.

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento.

Dios guarde a VV. II.

Madrid, 15 de diciembre de 1978.

OTERO NOVAS

Ilmos. Sres. Presidente de la Comisión Nacional de Metrología y Metrotecnia y Director general de Promoción Industrial y Tecnología.

MINISTERIO DE JUSTICIA

3481 *ORDEN de 19 de diciembre de 1978 por la que se concede la libertad condicional a 13 penados.*

Ilmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la aplicación del beneficio de libertad condicional, establecido en los artículos 98 al 100 del Código Penal y Reglamento de los Servicios de Prisiones, aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1958 y modificado por Decreto de 25 de enero de 1968 y Real Decreto de 29 de julio de 1977; a propuesta de esa Dirección General y previos informes de los Tribunales sentenciadores y de la Junta del Patronato de Nuestra Señora de la Merced,

Este Ministerio ha tenido a bien conceder la libertad condicional a los siguientes penados:

Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Alcalá de Henares: José Cantero Torres.

Del Instituto Geriátrico Penitenciario de Almería: Inocencio Estévez Comesaña y Enrique Estévez Jiménez.

Del Centro Penitenciario Asistencial de Huesca: Francisco Saya García.

Del Hospital General Penitenciario de Madrid: Peter Kuchler.

Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Mirasierra: José Martínez Colomer y Emilio Solleiro Alvarez.

Del Centro Penitenciario de Diligencias de Orense: Francisco Pérez Alvarez.

Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Santa Cruz de Tenerife: Francisco Herrera Mendoza.

Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Santaña: Antonio Fernández Huete, Noumine Khabouch, Donald Henry Gellinas y Manuel do Santos Vila.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 19 de diciembre de 1978.

LAVILLA ALSINA

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO DE DEFENSA

3482 *ORDEN de 4 de diciembre de 1978 por la que se concede la Cruz de la Constancia en el Servicio a los Suboficiales, en situación de retirados, del Cuerpo de Policía Armada que se citan.*

Por reunir las condiciones que determina la Ley de 26 de diciembre de 1958, hecha extensiva al Cuerpo de Policía Armada por Ley de 23 de diciembre de 1959, y ampliada por otra de 23 de diciembre de 1961 («Boletín Oficial del Estado» número 311), y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 58 y disposición final primera de la Ley de 4 de agosto de 1970 («Boletín Oficial del Estado» número 187), se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en la cuantía y con los efectos económicos que a cada uno se indican, a los Suboficiales, en situación de retirados, que a continuación se relacionan:

Cruz pensionada con 4.308 pesetas anuales

A partir de 1 de septiembre de 1970, Sargento don Manuel Chain Neira.

Cruz pensionada con 4.776 pesetas anuales

A partir de 1 de septiembre de 1970, Brigada don Manuel Contreras Delgado; otro, don José Río Paz; otro, don Gabriel Marina Albacete; Sargento don Francisco Rosendo Villegas; otro, don Manuel Mera Bravos.

Madrid, 4 de diciembre de 1978.

GUTIERREZ MELLADO

3483 *ORDEN de 14 de diciembre de 1978 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 7 de julio de 1978, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Eusebio Sariñana Pérez.*

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Eusebio Sariñana Pérez, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio del Ejército de 23 de marzo de 1977 y 17 de diciembre de 1976, se ha dictado sentencia con fecha 7 de julio de 1978 cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por don Eusebio Sariñana Pérez, en su propio nombre, contra resoluciones del Ministerio del Ejército de veintitrés de marzo de mil novecientos setenta y siete y diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y seis, que declaramos conformes a derecho, todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-