

si en el momento de la celebración del que se anuncia se desconocen los establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subvención.

Estos actos serán públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo tendrán derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al público la lista oficial de las extracciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones.

#### Pago de premios

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrán cobrarse en cualquier Administración de Loterías.

Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente, a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el interesado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Administrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para practicar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan disponibles.

Madrid, 7 de mayo de 1994.—El Director general, P. S. (artículo 6.º del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

**10807** RESOLUCION de 11 de mayo de 1994, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor un billete de la Lotería Nacional, sorteo del jueves, correspondiente al sorteo número 38, de 12 de mayo de 1994.

No habiendo llegado a su destino el billete a continuación relacionado, correspondiente al sorteo número 38, de 12 de mayo de 1994, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucción General de Loterías, en su nueva redacción dada por el Real Decreto 1082/1985, de 11 de junio, se declara nulo y sin valor dicho billete.

Número	Serie	Billetes
58947	1.ª .....	1
	Total de billetes .....	1

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efectos pertinentes.

Madrid, 11 de mayo de 1994.—El Director general, P. S., el Gerente de la Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodríguez.

## MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE

**10808** RESOLUCION de 26 de abril de 1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio «Labosur, Sociedad Anónima», sito en Jaén, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

Vista la Orden de 2 de marzo de 1994 del órgano competente de la Junta de Andalucía, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, aprobadas por el Real Decreto 1230/1988, de 13 de octubre,

Esta Dirección General acuerda:

Cancelar la inscripción en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, acordada por Resolución de 5 de noviembre de 1993 («Boletín Oficial del Estado» del 24), de esta Dirección General, correspondiente al laboratorio «Labosur, Sociedad Anónima», sito en Santa Micaela, bloque 2, bajo, urbanización «La Glorieta», Jaén, en el área técnica de acreditación: «Área de control de hormigón en masa, de cemento, de áridos y de agua», con el número 11097HC93.

Publicar dicha cancelación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de abril de 1994.—El Director general, Borja Carreras Moysi.

**10809** RESOLUCION de 26 de abril de 1994, de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, por la que se acuerda la inscripción del laboratorio «Intercontrol Levante, Sociedad Anónima», sito en Valencia, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación, y la publicación de dicha inscripción.

Vista la comunicación del Director general de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalidad Valenciana, de la Resolución de 21 de marzo de 1994 concediendo acreditación al laboratorio «Intercontrol Levante, Sociedad Anónima», sito en calle Vidal de Balnes, 19, bajo, Valencia, para la realización de ensayos en el área técnica de acreditación para el control de calidad de la edificación: «Área de control de hormigón en masa, de cemento, de áridos y de agua».

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, aprobadas por el Real Decreto 1230/1988, de 13 de octubre, acuerda:

1. Inscribir el citado Laboratorio en el Registro General de Laboratorio de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación, en el área técnica de acreditación «Área de control de hormigón en masa, de cementos, de áridos y de agua», con el número 07016HC94.

2. Publicar la inscripción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de abril de 1994.—El Director general, Borja Carreras Moysi.

**10810** RESOLUCION de 8 de marzo de 1994, del Centro Español de Metrología, por la que se concede la aprobación de modelo del contador de agua caliente modelo «3UM15AC», fabricado y presentado por la entidad «Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima».

Vista la petición interesada por la entidad «Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima», con domicilio en el paseo de la Castellana, número 135, de Madrid, en solicitud de aprobación de modelo del contador de agua caliente modelo «3UM15AC», el Centro Español de Metrología del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo con la Ley 3/1985, de 18 de marzo; el Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, y en la Orden de 30 de diciembre de 1988, por la que se regulan los contadores de agua caliente, ha resuelto:

Primero.—Conceder aprobación de modelo, por un plazo de validez de diez años a partir de la fecha de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado» a favor de la entidad «Ibérica de Contadores y Aparatos de Precisión, Sociedad Anónima», del contador de agua caliente, modelo «3UM15AC», cuyas características metroológicas son las siguientes:

Calibre: 15 milímetros.  
Caudal máximo: 3 metros cúbicos/hora.  
Caudal nominal: 1,5 metros cúbicos/hora.  
Caudal transición: 0,12 metros cúbicos/hora.  
Caudal mínimo: 0,03 metros cúbicos/hora.  
Pérdida de presión a Q<sub>max</sub>: 1 bar.  
Presión máxima de servicio: 16 bar.  
Clase metroológica: B.  
Escalón de verificación: 0,2 decímetros cúbicos.  
Capacidad del totalizador: 100.000 metros cúbicos.