

# COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

**21331** RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se habilita como Laboratorio Auxiliar de Verificación Metrológica oficialmente autorizado, al laboratorio de la empresa «Contace, Sociedad Anónima».

Vista la solicitud presentada con fecha de 9 de mayo de 2000 por don Jesús Romero Martínez, en nombre y representación de «Contace, Sociedad Anónima», código de identificación fiscal A78228327, para la habilitación del Laboratorio de Verificación Primitiva en aplicación del Real Decreto 1617/1985, de 11 de septiembre, con motivo del cambio de domicilio social de la misma.

Vista la escritura pública de fecha 23 de noviembre de 1998 por la que se cambia el domicilio social de la sociedad «Contace, Sociedad Anónima» a la localidad de Las Rozas de Madrid, en avenida de Atenas, número 13, urbanización «El Pinar».

Vista la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, por la que en su capítulo III se establece el control metrológico del Estado y el Real Decreto 1617/1985, de 11 de septiembre, por el que se establece el procedimiento para la habilitación de «laboratorios de verificación metrológica oficialmente autorizados».

Teniendo en cuenta que dicha empresa ha presentado toda la documentación exigida, así como que dispone de los medios humanos exigidos en el citado Real Decreto.


Considerando que la empresa reúne los requisitos dispuestos en el artículo 1 del Real Decreto 1617/1985, de 11 de septiembre, para el ejercicio de las labores correspondientes a las de un laboratorio habilitado para la realización de ensayos de verificación de contadores volumétricos de líquidos distintos del agua contemplados en la Orden de 26 de diciembre de 1988 por la que se regula el control de los contadores volumétricos de líquidos distintos del agua y sus dispositivos complementarios.

De conformidad con la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, modificado por las Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo y 5/1998, de 7 de julio, con la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas, así como el Decreto 312/1999, de 28 de octubre, de Estructura Orgánica de la Consejería de Economía y Empleo, por el que se atribuye a esta Consejería el ejercicio de las competencias de la Comunidad de Madrid en esta materia,

Esta Dirección General, en uso de sus atribuciones, resuelve:


Primero.—1. Autorizar como Laboratorio Auxiliar de Verificación Metrológica en el ámbito de la Comunidad de Madrid, al laboratorio de la entidad «Contace, Sociedad Anónima».

2. La etiqueta de verificación primitiva será de color blanco y la marca asignada a este laboratorio es la siguiente:



Las dos cifras exteriores al círculo simbolizadas como «XX», son variables y se corresponden con los dos últimos dígitos del año en que se efectúa la verificación primitiva. Las dimensiones de dicha etiqueta deberán ajustarse a las definidas en el anexo II del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre.

3. Los precintos asignados a este laboratorio se colocarán, una vez superadas las pruebas de verificación primitiva, en los lugares que se establecen en el anexo de aprobación de modelo. Estos precintos tendrán la siguiente forma:



Las dos cifras exteriores al círculo simbolizadas como «XX», son variables y se corresponden con los dos últimos dígitos del año en que se efectúa la verificación primitiva.

Segundo.—El contenido y el alcance de esta autorización estará sujeto a los siguientes condicionamientos:

1. El Laboratorio Auxiliar de la entidad «Contace, Sociedad Anónima», está capacitado para realizar ensayos de verificación primitiva de contadores volumétricos de líquidos distintos del agua desde 60 l/h hasta 300 m<sup>3</sup>/h fabricados por dicha entidad.

2. De acuerdo con la documentación presentada, el laboratorio se encuentra ubicado en avenida de Atenas, número 13, urbanización «El Pinar» en la localidad de Las Rozas de Madrid.

3. Los instrumentos pertenecientes al laboratorio deberán ser calibrados de acuerdo con las disposiciones vigentes, por un laboratorio con trazabilidad a patrones nacionales. De no existir una normativa que regule los períodos de calibración, el plazo máximo para la calibración de los mismos será de dos años. Asimismo, cualquier modificación o cambio de los mismos, deberá ser notificada fehacientemente a la Comunidad de Madrid para su autorización.

4. Los ensayos de la verificación primitiva serán realizados en las instalaciones del laboratorio, de acuerdo con la normativa vigente. La verificación primitiva consistirá en la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en el Título II del Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, así como de lo dispuesto en el anexo I de la Orden de 26 de diciembre de 1988, por la que se regula el control de los contadores volumétricos de líquidos distintos del agua y sus dispositivos complementarios.

5. a) El nombramiento de la Jefatura y Subjefatura del laboratorio, a propuesta de «Contace, Sociedad Anónima», se realizará por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de acuerdo con lo dispuesto en el Título II, artículo 7 y siguientes del Real Decreto 1617/1985.

b) El Jefe y Subjefe del laboratorio, designados a tal efecto, ejercerán sus funciones.

c) De acuerdo con la normativa vigente, quedando autorizados para colocar las marcas y precintos de verificación primitiva.

Tercero.—Quedan sin efecto las siguientes Resoluciones:

Resolución de 8 de mayo de 1997, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se acredita como laboratorio de verificación metrológica, al laboratorio de la entidad «Contace, Sociedad Anónima», con registro de control metrológico número 16-0429.

Resolución de 15 de junio de 2000, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se actualizan las competencias, las marcas de precintos y etiquetas y la ubicación del Laboratorio Auxiliar de verificación metrológica oficialmente autorizado de la empresa «Contace, Sociedad Anónima», con número de inscripción en el Registro de Control Metrológico, 16-H-029.

Cuarto.—Se procederá a dejar sin efecto la autorización cuando se modifiquen las circunstancias que dieron origen a la habilitación. Los técnicos de la Dirección General de Industria, Energía y Minas realizarán inspecciones para comprobar que se mantienen los requisitos que se exigieron para la habilitación.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación, ante el Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Director general, Carlos López Jimeno.